

**RELATÓRIO DE JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO**

<b>PROCESSO</b>	<b>COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS (ELETRÔNICA) Nº 03/2023</b>
<b>OBJETO</b>	Aquisição de equipamentos e material permanente novos e com garantia, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do presente Edital
<b>REFERÊNCIA</b>	Convênio nº 935.302/2022, celebrado com o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde

**I. RELATÓRIO**

Trata-se de Relatório do Resultado de Julgamento, classificação e habilitação da Cotação Prévia de Preços em questão, que visa a aquisição de equipamentos e material permanente novos e com garantia destinados a Associação Aracajuana de Beneficência, em consonância com o Convênio supracitado, sob o critério de menor preço por item.

Relação de empresas participantes do procedimento de compras:

<b>LEGENDA</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ/MF</b>	<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>
EMP01.	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA	11.405.384/0001-49	95.670,00
EMP02.	Cardiomedh Produtos Médicos e Importação Ltda	07.666.057/0001-73	345.000,00
EMP03.	Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA	07.626.776/0001-60	111.468,00
EMP04.	Drager Indústria e Comércio LTDA	02.535.707/0001-28	104.370,84
EMP05.	Jamed Comercio e Serviços LTDA	17.927.869/0001-89	66.960,00
EMP06.	H.B. Hospitalar Ind. e Com. LTDA	58.344.359/0001-66	514.080,00
EMP07.	MC Equipamentos Hospitalares e Serviços LTDA	11.738.593/0001-04	276.478,02
EMP08.	Medcom Comércio Rep. E Serviços LTDA	06.886.136/0001-27	51.687,30
EMP09.	Medicalmed Rep. Import. E Export. De Prod. Hosp. LTDA	27.705.997/0001-31	240.000,00
EMP10.	MTB Tecnologia LTDA	01.405.834/0001-40	56.003,25
EMP11.	Prime Medical Com. De Material Médico LTDA	09.342.946/0001-00	108.000,00

O proponente que apresentar proposta de preços para este processo vincula-se tacitamente ao Edital, Termo de Referência e demais anexos e condições estabelecidas;  
 Os autos foram submetidos à área técnica da Associação para pronunciamento quanto à análise das especificações técnica conforme descrito no Termo de Referência e no Edital. A engenharia clínica se pronunciou através da Nota Técnica nº 10/2023.



## II. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Para o julgamento adotou-se o critério de menor preço por item de acordo com o item 8 do Edital, bem como observou-se a compatibilidade das propostas com as especificações técnicas exigidas nas normas editalícias. E a avaliação das especificações conforme **Nota Técnica nº 10/2023**.

Os valores apresentados em cada item intitulado de "VL. UNIT. PT" são os preços de referência para o processo de compras, obtidos no Plano de Trabalho aprovado do Convênio juntado nos autos. Enquanto que o campo "VL. UNIT" é o valor proposto pela empresa participante.

De acordo com o item 7.6. do Edital no qual prescreve que "Caso o menor valor apurado na classificação esteja superior ao de referência, poderá o comprador renegociá-lo diretamente com o proponente".

A situação do fornecedor participante será consultada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparência na internet (<http://www.portalttransparencia.gov.br>) e/ou no Portal do TCU – Consulta Consolidada (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>), conforme item 5, 5.2, 5.2.1 do Edital, não encontrando nenhum registro, consulta realizada anexo nos autos.

Pelo julgamento e classificação realizado pela comissão de compras sagrou-se o seguinte resultado:

ITEM 01	VL. UNIT PT			QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MARCA/FABRICANTE		JULGAMENTO
	UNID	EMPRESA(S) PROPONENTE(S)	40.000,00				120.000,00		
010985-Monitor Multiparâmetros para UTL. Monitor com display; Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 5 curvas e suas variações numéricas; constituido por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros iniciais (ECG, Temperatura, Pressão Não Invasiva (NIBP), Oximetria (SpO2) e Pressão Invasiva para pacientes adultos, pediátricos neonatal com possibilidade de configuração de parâmetros simultâneos.), Tela de LCD colorida de no mínimo 15", com parâmetros BIS e Analisador de gases anestésicos. Registrador de eventos (alarmes, arritmias) e tendências de pelo menos 24 horas (não volátil) apresentadas no monitor; Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados; Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com carga baixa; Equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a aproximadamente 7,5 Kg a fim de permitir que seja transportado pelas equipes médicas; Alimentação 100 - 240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência inclusa com autonomia mínima de 1 hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento Parâmetro Allometricograma (ECG) com 05 derivações; Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume; Capacidade de ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) em pelo menos 3 níveis; Eletrocardiograma (ECG) com 05 derivações; Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume; Capacidade de ajuste de ganho das derivações (sensibilidade) em pelo menos 3 níveis; Indicação digital da frequência cardíaca na tela; Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre pelo menos: 15 e 350 bpm com resolução de 1 bpm; Alarmes audiovisuais para máxima e mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo; Parâmetro Oximetria (SpO2): Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha; Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica; Faixa mínima de medição entre pelo menos 50 e 100%, com precisão de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 80 e 100 %; Faixa mínima de medição de pulso entre pelo menos 30 e 240 bpm; Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor. Parâmetro NIBP: Método: oscilométrico; Medição de pressão sistólica, média e diastólica; Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes adultos, pediátricos e neonatal, com ciclos ajustáveis pelo usuário e proteção contra pressão excessiva para cada tipo de paciente; Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor); Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro Temperatura; Faixa de medição: entre pelo menos 25 °C e 45 °C, com resolução de +/- 0,2º C (ou melhor); Alarmes de temperatura máxima e mínima, Capnografia (ETCO2), Débito Cardíaco. Acompanhar 01 cabo de ECG 5 vias, 01 Sensor de SpO2 Adulto/Pediátrico/Neonatal; 01 Sensor de SpO2 tipo V para pacientes neonato, 01 mangueira de PNI, 01 Braçadeira Adulta, 01 Braçadeira Obeso, 01 Braçadeira Pediátrico, 01 Braçadeira Neonatal, 01 Sensor de temperatura de pele, 01 cabo de PI, 01 transdutor de PI, 01 suporte de monitor de parede com trilha deslizante e o cesto para acessórios fixo ao suporte, Impressora integrada. Registro Anvisa/Ministério da Saúde.	UNID	EMPRESA(S) PROPONENTE(S)	40.000,00	QTD	3	VL. TOTAL	MARCA/FABRICANTE	JULGAMENTO	
LEGENDA	RAZÃO SOCIAL								
EMPO1.	<b>Alfa Med Sistemas Médicos LTDA</b>				<b>R\$ 31.890,00</b>	<b>R\$ 95.670,00</b>	<b>Vita 1100A/Alfamed</b>	<b>Classificada. Vencedora. Habilitada.</b>	
EMPO2.	Cardiomedh Produtos Médicos e Importação Ltda				R\$ 115.000,00	R\$ 345.000,00	B155M / GE	Classificada.	
EMPO3.	Cirurgia São Felipe Produtos para Saúde LTDA				R\$ 37.156,00	R\$ 111.468,00	CreativeK15/Creative	Classificada.	
EMPO4.	Drager Indústria e Comércio LTDA				R\$ 34.790,28	R\$ 104.370,84	GI Vista120 / Drager	Classificada.	



EMP05.	Jamed Comercio e Serviços LTDA	R\$ 22.320,00	R\$ 66.960,00	Lifemed/Lifetouch M15	Desclassificada. Não atende ao edital em análise técnica do equipamento (a empresa não apresentou na descrição técnica do equipamento todos os acessórios, analisador de gases anestésicos e parâmetros bis, constantes no edital). NT nº 10/2023.
EMP06.	H. B. Hospitalar Ind. e Com. LTDA	R\$ 171.360,00	R\$ 514.080,00	Q7 Biolight/Biolight Medtech	Classificada.
EMP07.	MC Equipamentos Hospitalares e Serviços LTDA	R\$ 92.159,34	R\$ 276.478,02	Comen C86+Agente Anestésico + Bis + Pl	Classificada.
EMP08.	Medcom Comércio Rep. E Serviços LTDA	R\$ 17.229,10	R\$ 51.687,30	Comen	Desclassificada. Não atende ao edital em análise técnica do equipamento (a empresa não apresentou na descrição técnica do equipamento ofertado, o sensor, parte integrante do equipamento exigida em edital).
EMP09.	Medicalmed Rep. Import. E Export. De Prod. Hosp. LTDA	R\$ 80.000,00	R\$ 240.000,00	Comen /C86 Pl- DC-AG-BIS	Classificada.
EMP10.	MTB Tecnologia LTDA	R\$ 18.667,75	R\$ 56.003,25	Prolife/ C150/PROLIFE	Desclassificada. Não atende ao edital em análise técnica do equipamento (a empresa não apresentou na descrição técnica do equipamento todos os acessórios, analisador de gases anestésicos e parâmetros bis, constantes no edital). NT nº 11/2023.
EMP11.	Prime Medical Com. De Material Médico LTDA	R\$ 36.000,00	R\$ 108.000,00	Mindrany/epm15M	Classificada.
<b>MENOR PREÇO R\$</b>		<b>31.890,00</b>	<b>EMPRESA:</b>	<b>Alfa Med Sistemas Médicos LTDA</b>	
<b>ITEM (NS)</b>		<b>EMPRESA(S) CLASSIFICADA(S) E VENCEDOR(S)</b>		<b>VALOR TOTAL R\$</b>	
01.	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA				95.670,00
		<b>TOTAL R\$</b>			<b>95.670,00</b>

Considerando o resultado de julgamento e respectiva classificação acima citada, classificou-se com o menor preço, sendo, portanto, declarada vencedora:

<b>ITEM (NS)</b>		<b>EMPRESA(S) CLASSIFICADA(S) E VENCEDOR(S)</b>		<b>VALOR TOTAL R\$</b>	
01.	Alfa Med Sistemas Médicos LTDA				95.670,00
		<b>TOTAL R\$</b>			<b>95.670,00</b>

Conforme reza o item 9 do Edital e a letra "G" do Termo de Referência - anexo I, a empresa Alfa Med Sistemas Médicos LTDA declarada classificada e vencedora apresentou a documentação de habilitação, estando, portanto, habilitada por atender todas as exigências.

De acordo com o item 10.2.4. Declarado o vencedor, qualquer PROPONENTE poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, ficando os demais, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;

Declarado aberto o prazo recurso.

Aracaju-SE, 30 de março de 2023

**COMISSÃO DE COMPRAS:**

  
Mapeir Wagner dos Santos  
Comissão de Compras

  
Deivison da Silva Teles  
Comissão de Compras

  
Yuri Ferrnandes Silva  
Comissão de Compras