

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PRESIDENTE do(a) HMSI-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL/AAB-ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA/SE comunica aos interessados e participantes da DISPENSA ELETRÔNICA 10/2025 referente à A presente Cotação Prévia de Preços Eletrônica tem por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente hospitalar novos e com garantia (focos cirúrgico de solo portátil), conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do presente Edital., que ADJUDICA nos termos da Lei nº 14.133/21, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA - 37.313.045/0001-26

| Item | Quant. | Un   | Marca    | Modelo         | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado  | Econ. %   | Econ. R\$     |
|------|--------|------|----------|----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 1    | 3,00   | UNID | MEDLIGHT | FAAPOLLO 03XD4 | R\$ 10.988,00       | R\$ 32.964,0000  | R\$ 30.530,00   | R\$ 91.590,00 | 64,0091 % | R\$ 58.626,00 |

**Descrição:** Foco Cirúrgico de Solo Portátil. Deverá possuir base com 4 rodízios para movimentação, sendo pelo menos dois com freio, giro livre de 360°. Possuir braço com sistema de movimentação preciso e suave, com autobalanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento em diversos pontos e alturas. A haste articulada deverá ser afixada em base móvel formada por no mínimo dois braços, sendo um braço vertical afixado na base móvel e um braço móvel, afixado por meio de articulação ao braço vertical. Possuir corpo da base, haste, braço e cúpula com pintura epóxi ou superior ou fiberglass. Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED. Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 60.000 horas. Possuir cúpula de iluminação igual ou superior a 120.000 lux, e diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior a 20 cm. Deve possuir o modo ENDO, com luz ambiente. Possuir cúpula com temperatura da cor de iluminação na faixa entre 3.000 K e 6.000 K. A Cúpula deve possuir ajuste da intensidade luminosa, através de painel de controle (LCD ou touch screen) na cúpula ou no braço da cúpula, deve ser protegido por membrana em policarbonato facilitando a limpeza, com no mínimo 05 graduações de intensidade, além de possuir indicador visual da intensidade selecionada. Possuir cada cúpula de iluminação com consumo de energia de no máximo 100 w. Possuir cúpulas de iluminação com sistema redutor de sombras. Possuir sistema com autonomia de energia mínima igual ou superior a 3 horas, com bateria interna recarregável de tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Deve possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria. Possuir indicação para bateria com carga baixa; Tensão: Bivolt automático. Grau de Proteção IP 54. (...) CONTINUA O DESCRITIVO TÉCNICO NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

|                 |             |         |               |
|-----------------|-------------|---------|---------------|
| Subtotal        | Subtotal    | 64,0091 | R\$ 58.626,00 |
| Adjudicado: R\$ | Orçado: R\$ | %       |               |
| 32.964,00       | 91.590,00   |         |               |

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado  | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| R\$ 32.964,00    | R\$ 91.590,00 | 64,0091 %  | 58.626,00    |

Aracaju - Sergipe, 26 de Setembro de 2025

RUBENS DOS ANJOS MOREIRA  
PRESIDENTE