



NOTA DE ESCLARECIMENTO

REMETENTE: Engenharia Clínica.

REFERÊNCIA: Edital da Cotação Prévia de Preços Eletrônica nº13/2025.

I. INTRODUÇÃO

A presente Nota tem por finalidade esclarecer quanto a interpretação do descritivo técnico do item 01 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS, constante do Termo de Referência do Edital da Cotação Prévia de Preços Eletrônica nº 13/2025.

II. ANÁLISE TÉCNICA

II.I INTERPRETAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL

Considerando que o Edital da Cotação Prévia de Preços Eletrônica nº 13/2025 no seu Anexo I - Termo de Referência do Edital, letra K. Descritivo Técnico - Especificação específica:

(...) "12 drenos ou armadilhas de água para pacientes adulto, pediátrico ou neonatais' (também serão aceitos 12 drenos ou armadilhas de água para pacientes adulto (que possibilite atender pacientes pediátricos) e 12 drenos ou armadilhas de água neonatais), "(...)"

Deste modo, a redação do edital não exige, obrigatoriamente, apenas dreno universal capaz de atender simultaneamente todas as faixas etárias. Pelo contrário, a norma expressamente admite a apresentação de soluções diferenciadas, contemplando drenos adulto/pediátrico e drenos específicos para o público neonatal.



Portanto, a especificação não exige unicamente dreno universal que sirva a todos os perfis. Permite-se a combinação de drenos adulto/pediátrico e neonatal, desde que ambos sejam fornecidos e na quantidade solicitada no edital e atendam à demanda.

Apesar de o item 1. Acessórios/Componentes Inclusos, > Aparelho de Anestesia constar "12 drenos ou armadilhas de água universais para pacientes adulto, pediátrico ou neonatais", o entendimento seguido será conforme mencionado acima.

Considerando também que, em relação a exigência do acessório do Item 01 - Suporte de Monitor, para fins de julgamento será aceito lund do referido Suporte de Monitor para cada aparelho solicitado, nos Termos do Anexo I - Termo de Referência do Edital, letra K. Descritivo Técnico - Especificação, Item 1. Acessórios/Componentes Inclusos, > Monitor Multiparâmetros, tendo em vista que essa exigência ficou repetida .

II.II ESCLARECIMENTO PRESTADO

Com fundamento na interpretação técnica acima exposta, esta Engenharia Clínica confirma que serão aceitos, as propostas que contemple a quaisquer dos descritivos um ou outro.

Tal solução não apenas preserva a amplitude do atendimento clínico (adulto/pediátrico e neonatal), mas também reforça a segurança assistencial, considerando que as diferenças fisiológicas entre perfis etários demandam insumos adequados.

A aceitação de conjuntos distintos de drenos ou armadilhas de água promove maior flexibilidade de fornecimento, sem comprometer a qualidade técnica e assistencial.



Assim a interpretação restritiva - exigindo dreno ou armadilha de água universal - poderia limitar a competitividade do certame e contrariar a lógica de segurança clínica, que preza pela adequação específica a cada grupo de pacientes.

E em relação ao Suporte de Monitor será aceita lund para cada equipamento solicitado.

Aracaju/SE, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINE DA CRUZ ALVES
Data: 11/09/2025 11:35:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Caroline da Cruz Alves
Engenheira Clínica